

## ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพด

เพื่อให้การซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพดมีมาตรฐาน มีความชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการณ์ในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพดในปัจจุบัน คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบในหลักการ ของการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ทำการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพดในทุกห้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องทำการวัดความชื้นข้าวโพด โดยใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวโพดทุกครั้ง

การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดที่มีการ ให้คำรับรองแล้วจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา และคำรับรองนั้น ต้องไม่สิ้นอายุ ณ วันที่ทำการวัดความชื้น

ข้อ ๓ การวัดความชื้นข้าวโพดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(๑) ให้สุ่มตัวอย่างข้าวโพดให้ทั่ว ไม่น้อยกว่าสองจุด โดยต้องไม่ให้มือสัมผัสกับตัวอย่างข้าวโพด ที่สุ่มได้โดยตรง และนำมาทดสอบรวมกัน

(๒) ให้ใช้ตัวอย่างข้าวโพดตามปริมาณที่คู่มือการใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวโพดกำหนด เทลงใน เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด กรณีบุคคลเป็นผู้เท ต้องเทให้สม่ำเสมอในการวัดความชื้นข้าวโพดแต่ละครั้ง

(๓) ให้วัดความชื้นตัวอย่างข้าวโพด อย่างน้อยสามครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย

ข้อ ๔ ขณะทำการวัดความชื้นข้าวโพดเพื่อทำการซื้อขายหรือจำหน่าย ต้องจัดวางเครื่องวัด ความชื้นข้าวโพดในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุกฝ่ายสามารถเห็นค่าอัตราความชื้น ได้ชัดเจนพร้อมกัน และบันทึกอัตราความชื้นเฉลี่ยที่วัดได้ในใบแสดงผลการชั่งด้วยทุกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศุภจี สุธรรมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์